



Spett.

Comune di Bareggio**20010**

p.zza Cavour

Bareggio (MI)**Prot.n°: M574 – M581/19****del 13/12/2019/SC/rev. 00****Oggetto:Verbale ispettivo interno relativo ad Analisi Microbiologiche**

In relazione al prelievo effettuato presso la Vs. azienda siamo a verbalizzare quanto segue:
sono stati prelevati 3 tamponi di superficie e 5 campioni alimentari in data 03/12/2019.
Sui campioni sono state eseguite le seguenti analisi:

Conta di microrganismi A 30°C - insemminazione in superficie su superficie (UNI EN ISO 18593: 2018 (escluso § 7 e 8) + UNI EN ISO 4833-2:2013)

Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi- positiva (UNI ISO 16649-2:2010)

Conta di microrganismi A 30°C - insemminazione in profondità (UNI EN ISO 4833-1:2013)

Ricerca di Listeria monocytogenes (UNI EN ISO 11290-1:2017)

Conta di Bacillus cereus presunto (UNI EN ISO 7932:2005)

Dall'analisi di laboratorio effettuata risulta che i valori non si discostano dai parametri previsti dalle linee guida vigenti.

Il presente verbale ed il referto allegato costituiscono parte integrante del Piano di Autocontrollo e attività di monitoraggio dei punti critici.

La documentazione inviata, inclusa la presente, dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali verifiche effettuate dall'autorità competente.

Qualora si rendessero necessari eventuali chiarimenti inerenti i contenuti della documentazione inviata o eventuali problematiche che dovessero sorgere nell'esercizio della vostra attività riguardanti il nostro ambito di competenza preghiamo contattarci ai numeri telefonici sopra riportati.

Il campionamento è stato effettuato secondo la procedura POI 05 in accordo a quanto certificato da CSQ secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.

Distinti Saluti.

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati da Saturno Srl per l'erogazione dei servizi di analisi microbiologiche.

Tutte le informazioni saranno gestite dai responsabili del trattamento incaricati di Saturno Srl, per i fini sopra indicati.

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è Saturno Srl – Via per Caravate 1– Gemonio (Va) – e-mail analisi@gruppobini.it

Conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 (art. 15), potete richiedere che i dati a voi relativi siano corretti, aggiornati o cancellati dai nostri archivi.

Per esercitare tale diritto, potete rivolgervi a Saturno Srl, inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo analisi@gruppobini.it

Besozzo 13/12/2019

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Marco Palazzo

Il legale Rappresentante

Dott.ssa Barbara Bini**SATURNO S.r.l. div. LABORATORIO**

Sede Op.: Via Trieste, 100 - 21023 Besozzo (VA)

Tel. 0332.1880562

Cod. Fiscale e Part. IVA 03161410125

Pagina 1 di 1

Mod. PQ05.10.3-3 rev. 03



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794



www.gruppobini.it/analisi
laboratorio@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)


SATURNO
laboratorio analisi


LAB N° 1471L

Spett.

20010**Comune di Bareggio**p.zza Cavour
Bareggio (MI)Rapporto di prova n. **M574/19**

Data di campionamento: **03/12/2019** Ora campionamento: **11:00**
 Data prelievo: **03/12/2019** Ora prelievo: **11:00**
 Data Accettazione: **03/12/2019**
 Campionamento effettuato da: **Carta Serena**
 Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ09 – campionamento non oggetto di accreditamento**
 Prova effettuata da: **Carta Serena**
 Descrizione del campione: **Crocchette di verdura – Prodotte il 03/12/2019 ¹ – Cucina scuola Gallina**

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note
Conta di microrganismi A 30°C -inseminazione in profondità UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/g	<10	/	03/12/19	06/12/19	
Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi- positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	<10	/	03/12/19	04/12/19	
Conta di Bacillus cereus presunto UNI EN ISO 7932:2005	UFC/g	<10	/	03/12/19	05/12/19	
Ricerca di Listeria monocytogenes UNI EN ISO 11290-1:2017	Ass/Pres 25 g	Assente	/	03/12/19	07/12/19	

Besozzo, 13/12/2019

Il Responsabile del laboratorio
Dott. Marco Palazzo

NOTE:

*: Prova non accreditata
 1: Dato fornito dal cliente

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod.25 rev.00 del 21-10-19

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
 P.IVA: 03161410125
 Via per Caravate 1
 21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
 Fax: 0332 616 794



www.gruppobini.it/analisi
 laboratorio@gruppobini.it



Sede operativa:
 Via Trieste 100
 21023 Besozzo (VA)



Spett.

20010

Comune di Bareggio
p.zza Cavour
Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **M575/19**

Data di campionamento:	03/12/2019	Ora campionamento:	11:00
Data prelievo:	03/12/2019	Ora prelievo:	11:00
Data Accettazione:	03/12/2019		
Campionamento effettuato da:	Carta Serena		
Procedura di campionamento:	Procedura interna PQ09 – campionamento non oggetto di accreditamento		
Prova effettuata da:	Carta Serena		
Descrizione del campione:	Carote julienne – Tagliate il 03/12/2019 ¹ – Cucina scuola Gallina		

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note
Conta di microrganismi A 30°C -inseminazione in profondità UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/g	3.000	/	03/12/19	06/12/19	
Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi- positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	<10	/	03/12/19	04/12/19	
Conta di Bacillus cereus presunto UNI EN ISO 7932:2005	UFC/g	<10	/	03/12/19	05/12/19	
Ricerca di Listeria monocytogenes UNI EN ISO 11290-1:2017	Ass/Pres 25 g	Assente	/	03/12/19	07/12/19	

Besozzo, 13/12/2019

Il Responsabile del Laboratorio
Dot. Marco Palazzo

NOTE:

*: Prova non accreditata
1: Dato fornito dal cliente

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod.25 rev.00 del 21-10-19

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794



www.gruppobini.it/analisi
laboratorio@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



Spett.

20010

Comune di Bareggio
p.zza Cavour
Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **M576/19**

Data di campionamento:	03/12/2019	Ora campionamento:	11:00
Data prelievo:	03/12/2019	Ora prelievo:	11:00
Data Accettazione:	03/12/2019		
Campionamento effettuato da:	Carta Serena		
Procedura di campionamento:	Procedura interna PQ09 – campionamento non oggetto di accreditamento		
Prova effettuata da:	Carta Serena		
Descrizione del campione:	Tampone di superficie – attrezzatura cucina scuola Gallina – Ultima sanificazione il 03/12/2019¹		

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi A 30°C - insemminazione in superficie su superficie UNI EN ISO 18593: 2018 (escluso § 7 e 8) + UNI EN ISO 4833-2:2013	UFC/cm ²	<1	/	03/12/19	06/12/19	Teglia bassa

Besozzo, 13/12/2019

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



NOTE:

*: Prova non accreditata
1: Dato fornito dal cliente

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod.25 rev.00 del 21-10-19

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794



www.gruppobini.it/analisi
laboratorio@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



Spett.
20010

Comune di Bareggio
p.zza Cavour
Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **M577/19**

Data di campionamento: **03/12/2019** Ora campionamento: **10:40**
Data prelievo: **03/12/2019** Ora prelievo: **10:40**
Data Accettazione: **03/12/2019**
Campionamento effettuato da: **Carta Serena**
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ09 – campionamento non oggetto di accreditamento**
Prova effettuata da: **Carta Serena**
Descrizione del campione: **Crocchette di verdura – Prodotte il 03/12/2019¹ – Cucina scuola Collodi**

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note
Conta di microrganismi A 30°C -inseminazione in profondità UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/g	100	/	03/12/19	06/12/19	
Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi- positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	<10	/	03/12/19	04/12/19	
Conta di Bacillus cereus presunto UNI EN ISO 7932:2005	UFC/g	<10	/	03/12/19	05/12/19	
Ricerca di Listeria monocytogenes UNI EN ISO 11290-1:2017	Ass/Pres 25 g	Assente	/	03/12/19	07/12/19	

Besozzo, 13/12/2019

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



NOTE:

*: Prova non accreditata
1: Dato fornito dal cliente

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod.25 rev.00 del 21-10-19

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794



www.gruppobini.it/analisi
laboratorio@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



Spett.

20010

Comune di Bareggio
p.zza Cavour
Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **M578/19**

Data di campionamento:	03/12/2019	Ora campionamento:	10:40
Data prelievo:	03/12/2019	Ora prelievo:	10:40
Data Accettazione:	03/12/2019		
Campionamento effettuato da:	Carta Serena		
Procedura di campionamento:	Procedura interna PQ09 – campionamento non oggetto di accreditamento		
Prova effettuata da:	Carta Serena		
Descrizione del campione:	Carote julienne – Tagliate il 03/12/2019¹ – Cucina scuola Collodi		

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note
Conta di microrganismi A 30°C -inseminazione in profondità UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/g	4.000	/	03/12/19	06/12/19	
Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi- positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	<10	/	03/12/19	04/12/19	
Conta di Bacillus cereus presunto UNI EN ISO 7932:2005	UFC/g	<10	/	03/12/19	05/12/19	
Ricerca di Listeria monocytogenes UNI EN ISO 11290-1:2017	Ass/Pres 25 g	Assente	/	03/12/19	07/12/19	

Besozzo, 13/12/2019

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



NOTE:

*: Prova non accreditata
1: Dato fornito dal cliente

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod.25 rev.00 del 21-10-19

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794



www.gruppobini.it/analisi
laboratorio@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



Spett.
20010

Comune di Bareggio
p.zza Cavour
Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **M579/19**

Data di campionamento: **03/12/2019** Ora campionamento: **10:40**
Data prelievo: **03/12/2019** Ora prelievo: **10:40**
Data Accettazione: **03/12/2019**
Campionamento effettuato da: **Carta Serena**
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ09 – campionamento non oggetto di accreditamento**
Prova effettuata da: **Carta Serena**
Descrizione del campione: **Tampone di superficie – attrezzatura cucina scuola Collodi – Ultima sanificazione il 03/12/2019¹**

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi A 30°C - insemminazione in superficie su superficie UNI EN ISO 18593: 2018 (escluso § 7 e 8) + UNI EN ISO 4833-2:2013	UFC/cm ²	Presenti ma <4	/	03/12/19	06/12/19	Affettatrice

Besozzo, 13/12/2019

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo
Sez. A
N. 067051

NOTE:

*: Prova non accreditata
1: Dato fornito dal cliente

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod.25 rev.00 del 21-10-19

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794



www.gruppobini.it/analisi
laboratorio@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



Spett.

20010

Comune di Bareggio

p.zza Cavour
Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **M580/19**

Data di campionamento:	03/12/2019	Ora campionamento:	12:20
Data prelievo:	03/12/2019	Ora prelievo:	12:20
Data Accettazione:	03/12/2019		
Campionamento effettuato da:	Carta Serena		
Procedura di campionamento:	Procedura interna PQ09 – campionamento non oggetto di accreditamento		
Prova effettuata da:	Carta Serena		
Descrizione del campione:	Crocchette di verdura – Prodotte il 03/12/2019 ¹ – Cucina scuola Rodari		

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note
Conta di microrganismi A 30°C -inseminazione in profondità UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/g	<10	/	03/12/19	06/12/19	
Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi- positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	<10	/	03/12/19	04/12/19	
Conta di Bacillus cereus presunto UNI EN ISO 7932:2005	UFC/g	<10	/	03/12/19	05/12/19	
Ricerca di Listeria monocytogenes UNI EN ISO 11290-1:2017	Ass/Pres 25 g	Assente	/	03/12/19	07/12/19	

Besozzo, 13/12/2019

Il Responsabile del Laboratorio
Dot. Marco Palazzo



NOTE:

*: Prova non accreditata
1: Dato fornito dal cliente

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod.25 rev.00 del 21-10-19

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794



www.gruppobini.it/analisi
laboratorio@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



Spett.

20010

Comune di Bareggio

p.zza Cavour
Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **M581/19**

Data di campionamento:	03/12/2019	Ora campionamento:	12:20
Data prelievo:	03/12/2019	Ora prelievo:	12:20
Data Accettazione:	03/12/2019		
Campionamento effettuato da:	Carta Serena		
Procedura di campionamento:	Procedura interna PQ09 – campionamento non oggetto di accreditamento		
Prova effettuata da:	Carta Serena		
Descrizione del campione:	Tampone di superficie – attrezzatura cucina scuola Rodari – Ultima sanificazione il 03/12/2019¹		

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi A 30°C - insemminazione in superficie su superficie UNI EN ISO 18593: 2018 (escluso § 7 e 8) + UNI EN ISO 4833-2:2013	UFC/cm ²	<1	/	03/12/19	06/12/19	Piano in acciaio

Besozzo, 13/12/2019

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



NOTE:

*: Prova non accreditata
1: Dato fornito dal cliente

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod.25 rev.00 del 21-10-19

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794



www.gruppobini.it/analisi
laboratorio@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



Spett. **Comune di Bareggio**
p.zza Cavour
Bareggio (MI)

20010

Prot.n°: M582 – M585/19

del 13/12/2019/SC/rev. 00

Oggetto:Verbale ispettivo interno relativo ad Analisi Microbiologiche

In relazione al prelievo effettuato presso la Vs. azienda siamo a verbalizzare quanto segue:
sono stati prelevati 2 tamponi di superficie e 2 campioni alimentari in data 03/12/2019.
Sui campioni sono state eseguite le seguenti analisi:

Ricerca di *Listeria monocytogenes* (UNI EN ISO 18593: 2018 (escluso § 7 e 8) + UNI EN ISO 11290-1:2017)

I risultati in oggetto si riferiscono al campionamento extra piano in merito alla presenza di *Listeria spp* riscontrata sulle carote trattate nella cucina scuola Rodari. Dalle analisi eseguite non risulta la presenza di *Listeria monocytogenes* ma sulla carota intera si riscontra ancora, seppur in piccole quantità, *Listeria spp*. In questo caso il processo di trasformazione del prodotto è risultato pulito, ma si consiglia di porre sempre molta attenzione nella manipolazione delle materie prime, specie quelle poco trattate come le carote.

Il presente verbale ed il referto allegato costituiscono parte integrante del Piano di Autocontrollo e attività di monitoraggio dei punti critici.

La documentazione inviata, inclusa la presente, dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali verifiche effettuate dall'autorità competente.

Qualora si rendessero necessari eventuali chiarimenti inerenti i contenuti della documentazione inviata o eventuali problematiche che dovessero sorgere nell'esercizio della vostra attività riguardanti il nostro ambito di competenza preghiamo contattarci ai numeri telefonici sopra riportati.

Il campionamento è stato effettuato secondo la procedura POI 05 in accordo a quanto certificato da CSQ secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.

Distinti Saluti.

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati da Saturno Srl per l'erogazione dei servizi di analisi microbiologiche.

Tutte le informazioni saranno gestite dai responsabili del trattamento incaricati di Saturno Srl, per i fini sopra indicati.

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è Saturno Srl – Via per Caravate 1– Gemonio (Va) – e-mail analisi@gruppobini.it

Conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 (art. 15), potete richiedere che i dati a voi relativi siano corretti, aggiornati o cancellati dai nostri archivi.

Per esercitare tale diritto, potete rivolgervi a Saturno Srl, inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo analisi@gruppobini.it

Besozzo, 13/12/2019

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Marco Palazzo



Il legale Rappresentante

Dott.ssa Barbara Bini

SATURNO S.r.l. div. LABORATORIO

Sede Op. - Via Trieste, 100 - 21023 Besozzo (VA)

Tel. 0332.1880562

Cod. Fiscale e Part. IVA 03161410125

Mod. PQ05.10.3-3 rev. 03

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Fax: 0332 616 794



www.gruppobini.it/analisi
laboratorio@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



SATURNO
laboratorio analisi

Saturno S.r.l.
Via per Caravate 1
21036 Gemonio (VA)
Tel: 0332 604 300
Fax: 0332 616 794
www.gruppobini.it/analisi
analisi@gruppobini.it
Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



Spett.

20010

Comune di Bareggio
p.zza Cavour
Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **M582/19**

Data di campionamento: **03/12/2019** Ora campionamento: **12:15**
Data prelievo: **03/12/2019** Ora prelievo: **12:15**
Data Accettazione: **03/12/2019**
Campionamento effettuato da: **Carta Serena**
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ09 – campionamento non oggetto di accreditamento**
Prova effettuata da: **Carta Serena**
Descrizione del campione: **Sponge di superficie – ultima sanificazione il 03/12/19¹**

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note [#]
Ricerca di <i>Listeria monocytogenes</i> ISO 18593: 2018 (escluso § 7 e 8) + ISO 11290-1:2017	Pres/Ass 100 cm ²	Assente	/	03/12/19	07/12/19	Trita carote

Besozzo, 13/12/2019

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



NOTE:

#: Descrizione superficie campionata

1: Dato fornito dal cliente

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod.25 rev.00 del 21-10-19

Pagina 1 di 1



CERTIFIED ISO 9001:2015



CERTIFIED ISO 14001:2015





Spett.

20010

Comune di Bareggio

p.zza Cavour

Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **M583/19**

Data di campionamento: **03/12/2019** Ora campionamento: **12:15**
Data prelievo: **03/12/2019** Ora prelievo: **12:15**
Data Accettazione: **03/12/2019**
Campionamento effettuato da: **Carta Serena**
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ09 – campionamento non oggetto di accreditamento**
Prova effettuata da: **Carta Serena**
Descrizione del campione: **Carota intera – Lotto HPREP08 – Fornitore Conor – Magazzino scuola Rodari**

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note
Ricerca di <i>Listeria monocytogenes</i> UNI EN ISO 11290-1:2017	Ass/Pres 25 g	Assente	/	03/12/19	08/12/19	

Besozzo, 13/12/2019

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Marco Palazzo



NOTE:

*: Prova non accreditata

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA





Spett.

20010

Comune di Bareggio

p.zza Cavour
Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **M584/19**

Data di campionamento: **03/12/2019** Ora campionamento: **12:15**
Data prelievo: **03/12/2019** Ora prelievo: **12:15**
Data Accettazione: **03/12/2019**
Campionamento effettuato da: **Carta Serena**
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ09 – campionamento non oggetto di accreditamento**
Prova effettuata da: **Carta Serena**
Descrizione del campione: **Carote julienne – Tagliate il 03/12/19¹ – Cucina scuola Rodari**

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note
Ricerca di <i>Listeria monocytogenes</i> UNI EN ISO 11290-1:2017	Ass/Pres 25 g	Assente	/	03/12/19	07/12/19	

Besozzo, 13/12/2019

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



NOTE:

*: Prova non accreditata
1: Dato fornito dal cliente

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA





SATURNO
laboratorio analisi

Saturno S.r.l.
Via per Caravate 1
21036 Gemonio (VA)
Tel: 0332 604 300
Fax: 0332 616 794
www.gruppobini.it/analisi
analisi@gruppobini.it
Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



Spett.
20010

Comune di Bareggio
p.zza Cavour
Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **M585/19**

Data di campionamento:	03/12/2019	Ora campionamento:	12:15
Data prelievo:	03/12/2019	Ora prelievo:	12:15
Data Accettazione:	03/12/2019		
Campionamento effettuato da:	Carta Serena		
Procedura di campionamento:	Procedura interna PQ09 – campionamento non oggetto di accreditamento		
Prova effettuata da:	Carta Serena		
Descrizione del campione:	Tampone di superficie – Attrezzatura in uso – cucina scuola Rodari		

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note*
Ricerca di <i>Listeria monocytogenes</i> ISO 18593: 2018 (escluso § 7 e 8) + ISO 11290-1:2017	Pres/Ass 100 cm ²	Assente	/	03/12/19	07/12/19	Pela carote

Besozzo, 13/12/2019

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



NOTE:

#: Descrizione superficie campionata

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod.25 rev.00 del 21-10-19

Pagina 1 di 1



CERTIFIED ISO 9001:2015



CERTIFIED ISO 14001:2015